

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	连建学	职 称	高级实验师
工作单位	河南科技大学		
采购单位名称	河南科技大学第二附属医院（洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联盟该项目的牵头单位）		
采购项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联盟内镜（第二批）-胃肠镜类单一来源采购项目		
供应商名称	陕西国药器械医学诊断试剂有限公司		
专家论证意见	（技术指标和功能是否满足采购项目需求，技术指标是否有歧视性或排他性，市场分析，专利、专有技术、单一品牌或单一供应商理由等） 同意以单一来源的形式采购 PENTAX 公司的高清电子内镜、高清电子胃肠镜、高清放大电子内镜（内容）、高清内镜系统。原因如下： 1. 该批次胃肠镜为配套原单位 PENTAX-i7000(A) PENTAX-i5000 系统。以适应工作需要。 2. 采购经 PENTAX 公司授权的供应商“陕西国药器械医学诊断试剂有限公司”的供货产品。 专家签名：连建学 2022 年 10 月 10 日		

本表专家一人一表填写论证意见并签字

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	王辛川	职 称	副主任医师
工作单位	洛阳市疾控中心		
采购单位名称	河南科技大学第二附属医院（洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联盟该项目的牵头单位）		
采购项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联盟腔镜（第二批）-胃肠镜类单一来源采购项目		
供应商名称	陕西国药器械医疗诊断试剂有限公司		
专 家 论 证 意 见	（技术指标和功能是否满足采购项目需求，技术指标是否有歧视性或排他性，市场分析，专利、专有技术、单一品牌或单一供应商理由等） 采购方所需胃肠镜设备IPK-1500和IPK-7000（A）4.5mm口径与上述腔镜的器械套（配件）使用，具备唯一性条件。 陕西国药器械医疗诊断试剂有限公司为唯一授权供应商。建议单一来源采购，由其提供服务。		
	专家签名：王辛川 2022年10月10日		

本表专家一人一表填写论证意见并签字

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	程元浩	职 称	主任医师
工作单位	洛阳市洛宁县人民医院		
采购单位名称	河南科技大学第二附属医院（洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联盟该项目的牵头单位）		
采购项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联盟腹腔镜（第二批）-胃肠镜类单一来源采购项目		
供应商名称	陕西国药器械医学诊断试剂有限公司		
专 家 论 证 意 见	（技术指标和功能是否满足采购项目需求，技术指标是否有歧视性或排他性，市场分析，专利、专有技术、单一品牌或单一供应商理由等） 一、采购需求所需之腹腔镜，胃肠镜必须与 PENTAX-i7000 (A)、i-5000 配套使用。 二、采购单一性：陕西国药器械医学诊断试剂有限公司。（授权单位）。 三、同品牌-来源单一。		
	专家签名：程元浩 2022 年 10 月 10 日		

本表专家一人一表填写论证意见并签字