

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	石磊	职称	工程师
工作单位	河南科技大学第二附属医院		
采购单位名称	河南科技大学第二附属医院		
项目名称	河南科技大学第二附属医院网络心电图机采购项目		
供应商名称	河南道医医疗科技有限公司		
专家论证意见	本次采购的网络心电图机(4台),需要与院内现有心电图网络系统(品牌:纳龙,型号:aECG-18V)匹配,因此,所要采购的设备须与原有系统保持一致,否则无法接入系统,不能正常使用. 因此,同意此次单一来源采购事项.		
	专家签名: 石磊		
	2025年4月9日		

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	陈林	职称	副主任医师
工作单位	河南科技大学第二附属医院		
采购单位名称	河南科技大学第二附属医院		
项目名称	河南科技大学第二附属医院网络心电图机采购项目		
供应商名称	河南道画区有限公司河南内龙		
专家论证意见	医院现有网络心电图机 40 余台, 现损坏 4 台, 采购世与品牌一致的品牌, 世与配套, 不能使用其他品牌, 因无以配套使用。 同意采用单一来源采购方式。		
	专家签名: 陈林 2015 年 4 月 9 日		

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	孟娜	职称	副主任医师
工作单位	河南科技大学第二附属医院		
采购单位名称	河南科技大学第二附属医院		
项目名称	河南科技大学第二附属医院网络心电图机采购项目		
供应商名称	河南道通医疗科技有限公司		
专家论证意见	医院现有湖南纳龙网络心电图机4台，现损坏4台，需采购与原品牌一致的机器，不能使用其它品牌，因无法配套使用。同意，采用单一来源方式进行采购。		
	专家签名：孟娜 2025年4月9日		