

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南科技大学第二附属医院
拟采购产品名称	DPL 超光子 500、DPL 超光子 550 手具
拟采购产品金额	200000.00 元
采购项目所属项目名称	河南科技大学第二附属医院激光脉冲光工作站-DPL 超光子 500、DPL 超光子 550 手具项目
采购项目所属项目金额	200000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取： ☐ 2. 无法以合理的商业条件获取： ☐ 3. 其他。	
原因阐述： 一、与科室现有激光和脉冲光工作站 Harmony XL 配套使用，综合解决具体可用于表浅色素疾病，也可用于深肤色人群光老化治疗。 二、医院科室目前现有进口：飞顿激光和脉冲工作站 Harmony XL，此次招标采购 DPL 超光子 500、DPL 超光子 550 手具与科室原有激光和脉冲工作站实现无缝对接，能最大限度提高设备利用率。综上所述：依据相关法律法规，特拟申请购买单一来源进口产品采购。	
三、专家论证意见	
该院拟采购的 DPL 超光子 550、DPL 超光子 500 手具是配套以飞顿激光和脉冲工作站 Harmony XL 的产品，国内无可满足的产品，建议采购进口超光子 DPL 500、DPL 超光子 550 产品。	
专家签字： 	
2026 年 1 月 20 日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字