

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名： 杨建英	
	职 称： 教授	
	工作单位： 河南科技大学	
项目信息	项目名称：河南科技大学第二附属医院强脉冲光（KL-L（ZN）型） 手具采购项目	
	项目预算金额：180000.00元	
	供应商名称：吉林省科英医疗激光有限责任公司	
专业人员 论证意见	河南科技大学第二附属医院欲采购KL-L（ZN）型强脉冲光治疗仪手具，该手具需与该院科室使用的科英品牌强脉冲光治疗仪相匹配，要求该手具须与主机有双向通信和能量同步，非原厂生产，将存在技术衔接问题。因此，要求采购的强脉冲手具必须与原有主机品牌型号一致，方可正常使用。	
专业人员签字	杨建英	日期：2026年03月20日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。