

单一来源采购方式专业人员论证基本情况登记表

填报单位：河南科技大学第二附属医院

进口产品名称：染料激光VBM2染料套件

姓名	出生年月	工作单位	最高学历	所学专业	现从事专业	现岗位从业时间	职称(职业资格)	联系电话	备注
吴军	63.11	洛阳市中医院	本科	医史	医疗器械	40年	工程师	[REDACTED]	
田丽红	74.6	中航+104团	本科	工商管理	法律硕士	15	高级会计师	[REDACTED]	(法律)
武明	80.3	河南中医药大学	本科	中医	治学	30年	高级	[REDACTED]	
陈文强	69.7	河南科技大学	研究生	医学	医学	30年	副高	[REDACTED]	
赵书琴	66.10	洛阳市中医院	本科	医学	医学	36年	高级	[REDACTED]	

制表时间：2026年7月14日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：田全玲	
	职称：高级经济师(法律)	
	工作单位：中铁十局集团有限公司	
项目信息	项目名称：河南科技大学第二附属医院染料激光VBM2 染料套件采购项目	
	项目预算金额：21 万元	
	供应商名称：河南岚图医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由，应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 本项目符合《政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定，理由如下： 1. 市场供给具有唯一性，国内无替代产品或供应商是专用耗材。 2. 具有技术排他性，该套件涉及原厂核心专利及专有技术，受知识产权保护。 3. 非原厂套件将导致设备参数不匹配，存在安全隐患，且违反《医疗器械监督管理条例》关于配套使用的强制性规定。 综上，该项目只能从唯一处采购，建议采用单一来源的方式。	
专业人员签字	田全玲	日期 2026年7月14日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 薛亚馨	
	职称: 副高	
	工作单位: 河南科技大学第一附属医院	
项目信息	项目名称: 河南科技大学第二附属医院染料激光 VBM2 染料套件采购项目	
	项目预算金额: 21 万元	
	供应商名称: 河南岚图医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 本项目采购VBM2染料套件为美国赛诺龙, 型号: Vbeam perfecta激光设备原厂专属耗材。染料配比、芯片识别、光路结构属于厂家专利专有技术, 设备与耗材加密绑定, 无国产及第三方兼容替代配件, 具有技术排他性, 非原厂套件将导致设备参数不匹配, 存在安全隐患, 且违反《医疗器械监督管理条例》关于配套使用的强制规定。 综上, 本项目符合单一来源采购相关规定, 同意采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	薛亚馨	日期 2026年7月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 燕书珍	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 洛阳市消防支队	
项目信息	项目名称： 河南科技大学第二附属医院染料激光 VBM2 染料套件采购项目	
	项目预算金额： 21 万元	
	供应商名称： 河南岚图医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由，应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 此次采购的染料激光VBM染料套件需与该科室现有的染料激光治疗仪(Candela/赛诺龙)型号:Vbeam Perfecta)匹配使用,该染料套件为设备专属配套消耗性配件,其它品牌或型号的产品无法兼容替代,仅能由原厂或其授权代理商提供。原厂染料套件是保证设备输出性能、运行安全和维持原有技术指标的唯一选择。因此,建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	燕书珍	日期 2026年7月14日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吕军	
	职称: 工程师	
	工作单位: 郑州中心医院	
项目信息	项目名称: 河南科技大学第二附属医院染料激光 VBM2 染料套件采购项目	
	项目预算金额: 21 万元	
	供应商名称: 河南岚图医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 河南科技大学第二附属医院拟购染料激光 VBM2 染料套件和该美国 Candela/赛诺龙主机两配文属配文、消耗性配件。该主机系国内赛诺龙(北京)医疗科技有限公司国内唯一代理商。该代理商又授权百达千里(广东)科技有限公司为产品安装耗材售后服务机构, 该公司又授权河南赛诺龙医疗设备有限公司。该公司又授权河南岚图医疗器械有限公司做为河南科技大学第二附属医院服务供应商。建议: 从河南岚图医疗器械有限公司。	
专业人员签字	吕军	日期 2026 年 7 月 16 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u> 卞明 </u>	
	职称: <u> 高级技师 </u>	
	工作单位: <u> 漯河市中心医院 </u>	
项目信息	项目名称: 河南科技大学第二附属医院染料激光 VBM2 染料套件采购项目	
	项目预算金额: 21 万元	
	供应商名称: 河南岚图医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 本医院购买的染料激光 VBM2 染料套件为进口脉冲染料激光治疗仪(品牌: 美国 Candela/赛德友, 型号: Vbeam Perfecta)配件使用, 为设备专用配套消耗性配件, 设备拥有 595nm 精准治疗脉冲染料激光技术, 及专用染料套件, 用于治疗及维护无法满足同等存在需求, 市场使用具有唯一性, 国内无替代产品供应商, 除本医院外, 别无其他唯一供应商处采购, 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	<u> 卞明 </u>	日期 <u>2016</u> 年 <u>7</u> 月 <u>14</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

政府采购进口产品论证专家基本情况登记表

填报单位：河南科技大学第二附属医院

进口产品名称：染料激光VBM2染料套件

姓名	出生年月	工作单位	最高学历	所学专业	现从事专业	现岗位从业时间	职称(职业资格)	联系电话	备注
陈玲	74.6	中核+907团	本科	2. 放疗	放疗科	15年	高级(放疗)	[REDACTED]	(放疗)
郭立军	69.7	河科大一附院	硕士	医学	医学	30年	副高	[REDACTED]	
吕军	63.11	洛阳市中心医院	本科	医学	医内机械	40	工程师	[REDACTED]	
苏书珍	66.10	洛阳市中心医院	本科	医学	医学	1990.7	高级	[REDACTED]	
王书珍	1980.3	洛阳市中心医院	本科	医学	放疗科	2009.7	高工	[REDACTED]	

制表时间：

2026年 7 月 14 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南科技大学第二附属医院
拟采购产品名称	染料激光VBM2染料套件
拟采购产品金额	21万元
采购项目所属项目名称	河南科技大学第二附属医院染料激光VBM2染料套件采购项目
采购项目所属项目金额	21万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：此次采购的染料激光VBM2染料套件需与我科现有的脉冲染料激光治疗仪（品牌：美国Candela/赛诺龙，型号：Vbeam Perfecta）匹配使用，该染料套件为设备专属配套消耗性配件。目前该设备染料套件已消耗殆尽，设备无法正常运行，临床治疗工作亟待恢复。进口设备独有的595nm精准脉冲染料激光技术及专机专用的染料套件，国产设备及配件无法满足同等临床需求，因此拟申请采购进口染料激光VBM2染料套件。	
三、专家论证意见 经合法性审查，同意采购进口VBM2染料套件。依据如下： 1. 符合法定情形，符合《政府采购进口产品管理办法》关于“国内无法获取”的规定。 2. 保障合规安全，强制停用非原厂进口耗材将导致设备参数失配，违反《医疗器械监督管理条例》，存在重大医疗安全隐患。 3. 本次论证全过程合规，材料完备，论证逻辑闭环，未发现违规行为。建议采购进口产品。	
专家签字 田印全	
2026 年 7 月 14 日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南科技大学第二附属医院
拟采购产品名称	染料激光VBM2染料套件
拟采购产品金额	21万元
采购项目所属项目名称	河南科技大学第二附属医院染料激光VBM2染料套件采购项目
采购项目所属项目金额	21万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：此次采购的染料激光VBM2染料套件需与我科现有的脉冲染料激光治疗仪（品牌：美国Candela/赛诺龙，型号：Vbeam Perfecta）匹配使用，该染料套件为设备专属配套消耗性配件。目前该设备染料套件已消耗殆尽，设备无法正常运行，临床治疗工作亟待恢复。进口设备独有的595nm精准脉冲染料激光技术及专机专用的染料套件，国产设备及配件无法满足同等临床需求，因此拟申请采购进口染料激光VBM2染料套件。	
三、专家论证意见	
结合设备现状、临床诊疗需求、国内外产品技术参数、市场供应情况综合研判，本次采购的染料激光VBM2染料套件无符合临床使用标准的国产替代配件，需采购进口原厂耗材，同意河南科技大学第二附属医院实施本次进口染料激光VBM2染料套件采购。	
专家签字 薛孟	
2026 年 7 月 14 日	

注： 一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南科技大学第二附属医院
拟采购产品名称	染料激光VBM2染料套件
拟采购产品金额	21万元
采购项目所属项目名称	河南科技大学第二附属医院染料激光VBM2染料套件采购项目
采购项目所属项目金额	21万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：此次采购的染料激光VBM2染料套件需与我科现有的脉冲染料激光治疗仪（品牌：美国Candela/赛诺龙，型号：Vbeam Perfecta）匹配使用，该染料套件为设备专属配套消耗性配件。目前该设备染料套件已消耗殆尽，设备无法正常运行，临床治疗工作亟待恢复。进口设备独有的595nm精准脉冲染料激光技术及专机专用的染料套件，国产设备及配件无法满足同等临床需求，因此拟申请采购进口染料激光VBM2染料套件。	
三、专家论证意见 此次采购的染料激光VBM2染料套件与该科室现有的脉冲染料激光治疗仪（品牌：美国Candela/赛诺龙，型号：Vbeam Perfecta）匹配使用。该染料套件设备专属配套消耗性配件，进口设备独有的595nm精准脉冲染料激光技术与专机专用的染料套件，国产设备及配件无法满足同等临床需求。因此，同意采购进口染料激光VBM2染料套件。	
专家签字 燕书琴	
2026 年 7 月 14 日	

注： 一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南科技大学第二附属医院
拟采购产品名称	染料激光VBM2染料套件
拟采购产品金额	21万元
采购项目所属项目名称	河南科技大学第二附属医院染料激光VBM2染料套件采购项目
采购项目所属项目金额	21万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：此次采购的染料激光VBM2染料套件需与我科现有的脉冲染料激光治疗仪（品牌：美国Candela/赛诺龙，型号：Vbeam Perfecta）匹配使用，该染料套件为设备专属配套消耗性配件。目前该设备染料套件已消耗殆尽，设备无法正常运行，临床治疗工作亟待恢复。进口设备独有的595nm精准脉冲染料激光技术及专机专用的染料套件，国产设备及配件无法满足同等临床需求，因此拟申请采购进口染料激光VBM2染料套件。	
三、专家论证意见 本次采购染料套件为现有脉冲染料激光治疗仪（品牌：美国Candela/赛诺龙，型号：Vbeam Perfecta）专属配套消耗性配件。进口设备独有的595nm精准脉冲染料激光技术及专机专用的染料套件，国产设备及配件无法满足同等临床需求，因此拟申请采购进口染料激光VBM2染料套件。	
专家签字	
2026年 7 月 14日	

注： 一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南科技大学第二附属医院
拟采购产品名称	染料激光VBM2染料套件
拟采购产品金额	21万元
采购项目所属项目名称	河南科技大学第二附属医院染料激光VBM2染料套件采购项目
采购项目所属项目金额	21万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：此次采购的染料激光VBM2染料套件需与我科现有的脉冲染料激光治疗仪（品牌：美国Candela/赛诺龙，型号：Vbeam Perfecta）匹配使用，该染料套件为设备专属配套消耗性配件。目前该设备染料套件已消耗殆尽，设备无法正常运行，临床治疗工作亟待恢复。进口设备独有的595nm精准脉冲染料激光技术及专机专用的染料套件，国产设备及配件无法满足同等临床需求，因此拟申请采购进口染料激光VBM2染料套件。	
三、专家论证意见	
河南科技大学第二附属医院拟购VBM2染料套件系美国Candela/赛诺龙脉冲染料激光治疗仪专属配套消耗性配件，主机系进口品牌，目前国内无法采购，为了保证临床需求，同意采购进口VBM2染料套件。	
专家签字 吕军	
2024年 7 月 14日	

注： 一人一表

染料激光 VBM2 染料套件技术参数

- 1.蒸馏水含量 $\leq 50\%$ 。
- 2.N-N-二甲基甲酰胺含量 $\leq 5\%$ 。
- 3.罗丹明 575 含量 $\leq 0.5\%$ 。
- 4.环辛四烯 $\leq 0.5\%$ 。
- 5.乙二醇 $\leq 50\%$ 。
- 6.外包装主要材质为塑料和玻璃，包含少量铁片。
- 7.染料经高压泵浦后需产生 $595\text{nm} \pm 10\%$ 范围波长的激光。
- 8.适用于染料设备的快速接口。
- 9.染料罐罐体承受压力需不小于 60PSI，不发生泄漏。
- 10.染料罐以及循环溶液使用温度介于 $4 \sim 38^\circ\text{C}$ ，波长需处于正常范围。
- 11.使用环境:温度 $4 \sim 30^\circ\text{C}$ ，湿度 $< 80\%$ 。
- *12.所有更换的零备件及耗材为原厂全新配件，保证质量。
- *13.必须与我院现有 595nm 脉冲染料激光治疗仪配套使用。