


河南科技大学第二附属医院术中神经刺激监测仪采购项目

招标文件论证专家签到表

采购人	河南科技大学第二附属医院			
代理机构	河南龙华工程咨询有限公司			
论证地点	洛阳市洛龙区开元大道与学府街 交叉口会展国际2301室	论证时间	2026 年 9 月 22 日 10 时 00 分	
论证专家签到				
序号	姓名	工作单位	职称	联系方式
1	李博	河南科技大学第二附属医院	工程师	18238837890
2	连建学	河南科技大学	22	15978622329
3	沈亚平	洛阳市中心医院	27224	15538880298

招标文件论证专家意见表

项目名称	河南科技大学第二附属医院术中神经刺激监测仪采购项目
采购人	河南科技大学第二附属医院
代理机构	河南龙华工程咨询有限公司
论证地点	洛阳市开元大道与学府街交叉口会展国际2301室
时间	2026年9月22日
专家论证意见: 经过对该院材料的审核,部分内容作了微调,完善后的材料无倾向性、排他性、歧视性,符合该院临床工作及科研工作需求,具有竞争性,符合国家关于招投标的相关法律法规。 (修改后的材料见附件)	
论证专家签字: 	

河南科技大学第二附属医院术中神经刺激监测

仪采购项目

招标文件论证建议修改清单

论证时间：2026 年 9 月 22 日上午 10 时 00 分

论证地点：洛阳市开元大道与学府街交叉口会展国际 2301 室

专家签字：

李博 赵增洪 王平

河南科技大学第二附属医院术中神经刺激监测仪采购项目

序号	招标文件原条款	建议修改为
1	★9 共模抑制比 $\geq 115\text{dB}$	★9 共模抑制比 $\geq 110\text{dB}$
2	★23 中文软件：原厂中文软件，非国内汉化或外挂不稳定版，有利于对设备参数的理解，方便用户操作	★23 中文软件：软件具备中文操作界面，医疗器械注册证载明的正式中文版，运行稳定

专家确认签字：

沈丹平 连进军 李博

河南科技大学第二附属医院术中神经刺激监测仪采购项目招标文件条款
修改意见

序号	招标文件原条款	建议修改为
1	质保期：整机免费质保≥1年（质保期从双方验收合格、办理入库之日起算）	质保期：整机免费质保≥3年（质保期从双方验收合格、办理入库之日起算）
2	★	▲
3	技术参数、性能分值35分	技术参数、性能分值38分
4	节能环保优惠政策2分	节能环保优惠政策1分
5	备品、备件供给情况4分	备品、备件供给情况3分
6	交货、安装期保障措施4分	交货、安装期保障措施3分
7	磋商文件货物技术要求中▲项参数需要提供证明文件，证明文件可以为加盖厂家公章的图片（此图片指功能性的截图、参数描述所指的关键部位或装置的照片、官方网站和官方文件对参数描述的解读内容截图等）或检测机构出具的检测报告或公开发行并加盖厂家公章的宣传彩页或对应参数中明确要求的资料或技术说明书，需提供中文版或中英文对照版，加盖生产厂家及投标人单位公章。投标人应保证其资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料，招标人有权取消其中标资格，并上报监管部门处理，由此产生的损失，由投标人承担。证明材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。	磋商文件货物技术要求中▲项参数需要提供证明文件，证明文件可以为加盖厂家公章的图片（此图片指功能性的截图、参数描述所指的关键部位或装置的照片、官方网站和官方文件对参数描述的解读内容截图等）或检测机构出具的检测报告或公开发行并加盖厂家公章的宣传彩页或对应参数中明确要求的资料或产品说明书，需提供中文版或中英文对照版，加盖生产厂家及投标人单位公章。投标人应保证其资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料，招标人有权取消其中标资格，并上报监管部门处理，由此产生的损失，由投标人承担。证明材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

专家确认签字：

沈平 刘学博