

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李斌	
	职称:	主管技师	
	工作单位:	洛阳环锋资源有限公司	
项目信息	项目名称:	河南科技大学第二附属医院单气囊电子小肠内窥镜系统采购项目	
	项目预算金额:	600000.00 元	
	供应商名称:	洛阳乐轩电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由,应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 业主单位现有奥林巴斯 CV-290 内镜主机系统一套,需采购单气囊电子小肠镜内窥镜一支。由于其它品牌电子小肠镜不能与 CV-290 主机兼容,原厂产品具有唯一性,洛阳乐轩电子科技有限公司是奥林巴斯厂家针对本项目唯一供应商,建议采用单一来源采购方式从洛阳乐轩电子科技有限公司处采购本项目。		
专业人员签字	李斌		日期: 2026 年 9 月 23 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭敏	
	职称: 高收	
	工作单位: 洛阳市中医院	
项目信息	项目名称: 河南科技大学第二附属医院单气囊电子小肠内窥镜系统采购项目	
	项目预算金额: 600000.00 元	
	供应商名称: 洛阳乐轩电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等)	
	拟采购单气囊电子小肠内窥镜系统需与医院现有奥林巴斯内镜图像处理器主机配套使用, 各品牌内镜通信协议、硬件接口为原厂专有技术, 无法跨品牌兼容。其他品牌采购将造成现有主机闲置浪费。同时存在售后机械注册合规风险。依据政府采购相关法律法规, 建议以单一来源方式采购由唯一授权供应商洛阳乐轩电子科技有限公司提供的奥林巴斯单气囊电子小肠内窥镜系统。	
专业人员签字	郭敏	日期: 2026 年 9 月 23 日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>易力</u>	
	职称: <u>教授</u>	
	工作单位: <u>洛阳师范学院</u>	
项目信息	项目名称: 河南科技大学第二附属医院单气囊电子小肠内窥镜系统采购项目	
	项目预算金额: 600000.00 元	
	供应商名称: 洛阳乐轩电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 该采购项目与本单位现有奥林巴斯图像处理器 CV-290 兼容, 仅原厂设备可与现有设备实现无缝配合, 全功能激活、联动工作, 完美匹配主机实现图像传输、气囊精准控制等核心功能, 无其他品牌产品可替代。项目符合《政府采购法》单一来源采购法定情形, 建议对该项目进行单一来源采购。	
专业人员签字	<u>易力</u>	日期: <u>2026</u> 年 <u>9</u> 月 <u>23</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尚敏	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 郑州市中心医院	
项目信息	项目名称: 河南科技大学第二附属医院单气囊电子小肠内窥镜系统采购项目	
	项目预算金额: 600000.00 元	
	供应商名称: 洛阳乐轩电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 单气囊电子小肠内窥镜系统为配套医院现有奥林巴斯 CV-290 系统使用, 具有专有专利技术, 与其他产品互不兼容。其他产品无法对接现有主机, 本项目只能从唯一授权供应商采购。综上, 同意本项目采用单一来源采购。	
专业人员签字		日期: 2016 年 9 月 23 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 辛淑红	
	职称: 律师	
	工作单位: 河南洛河律师事务所	
项目信息	项目名称: 河南科技大学第二附属医院单气囊电子小肠内窥镜系统采购项目	
	项目预算金额: 600000.00 元	
	供应商名称: 洛阳乐轩电子科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等)	
	申请事项不违反法律法规强制性规定, 不超出医疗器械进口名录范围。 申请采购行为合法。	
专业人员签字	辛淑红	日期: 2026 年 9 月 23 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。